

# Coagulation

## Calibrator

LOT

1905312980



VALORES ASIGNADOS			
Determinación	Reactivo	Valor	Unidad
Actividad protrombínica	Soluplastin	100	%
Fibrinógeno	Fibrinógeno	339	mg/dl
Antitrombina III	Chrom ATIII	99	%
Factor II	Factor II Deficient Plasma	93	%
Factor V	Factor V Deficient Plasma	90	%
Factor VII	Factor VII Deficient Plasma	107	%
Factor X	Factor X Deficient Plasma	107	%

### Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

es	fecha	determinación	reactivo	valor	unidad
pt	data	determinação	reagente	valor	unidade
en	date	test	reagent	value	unit
pl	data	oznaczenie	odczynnik	wartość	jednostki
es	actividad protrombínica	fibrinógeno	antitrombina	factor	
pt	atividade de protrombina	fibrinogênio	antitrombina	fator	
en	prothrombin activity	fibrinogen	antithrombin	factor	
pl	aktywność protrombiny	fibrynogen	antytrrombina	czynnik	