

Calibrador Proteínas

nivel alto

LOT

1912345490

VALORES ASIGNADOS			
PROTEÍNA	MÉTODO	VALOR	
		(mg/dl)	(g/l)
α 1-Antitripsina <i>α1-antitrypsin</i>	α 1-Antytripsin Turbitest AA	300	3,00
α 1-Glicoproteína <i>α1-glycoprotein</i>	AGP Turbitest AA	202	2,02
Cadena liviana kappa <i>kappa light chain</i>	κ -Light Chain Turbitest AA	735	7,35
Cadena liviana lambda <i>lambda light chain</i>	λ -Light Chain Turbitest AA	400	4,00
Componente C3 <i>C3 component</i>	C3 Turbitest AA	380	3,80
Componente C4 <i>C4 component</i>	C4 Turbitest AA	72,0	0,72
Haptoglobina <i>Haptoglobin</i>	Haptoglobin Turbitest AA	304	3,04
Inhibidor de C1-esterasa <i>C1-esterase inhibitor</i>	C1-Esterase Inhibitor Turbitest AA	76,2	0,76
Inmunoglobulina A <i>immunoglobulin A</i>	IgA Turbitest AA	535	5,35
Inmunoglobulina G <i>GIimmunoglobulin G</i>	IgG Turbitest AA	2700	27,0
Inmunoglobulina M <i>Immunoglobulin M</i>	IgM Turbitest AA	256	2,56
Prealbúmina <i>Prealbumin</i>	Prealbumin Turbitest AA	62,0	0,62
Transferrina <i>Transferrin</i>	TRF Turbitest AA	740	7,40

Glosario/Glossário/Glossary/

Español	Português	English	Polski
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
proteína	proteína	protein	białko
método	método	method	metody
valor	valor	value	stężenie
fecha	data	date	data



Wiener lab.