

LINEA TURBITEST AA

# HbA1c

## *Calibrator*

LOT 2010389730

### VALORES ASIGNADOS

Valor	IFCC (mmol/L)	DCCT/NGSP (g/dL)
HbA1c	1.70	2.79
Hb	7.92	13.3

### Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

<b>Español</b>	<b>Português</b>	<b>English</b>	<b>Polski</b>
fecha	data	date	data
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
valor	valor	value	stężenie

