

LINEA TURBITEST AA

# HbA1c

## Calibrator

LOT 2103417150

### VALORES ASIGNADOS

Valor	IFCC (mmol/L)	DCCT/NGSP (g/dL)
HbA1c	1.70	2.75
Hb	7.92	13.0

### Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español	Português	English	Polski
fecha	data	date	data
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
valor	valor	value	stężenie

