

HbA1c Control

Normal - Patológico

LOT 2103419030

LOT Normal 417160

LOT Patológico 417170

VALORES ASIGNADOS

	Estandarización	Control Normal			Control Patológico		
		Media	Rango		Media	Rango	
HbA1c (g/dl)	IFCC DCCT/NGSP	0.590	0.472	0.708	1.158	0.926	1.390
HbA1c (mmol/l)		0.366	0.293	0.439	0.719	0.575	0.862
Hb (g/dl)		13.9	11.1	16.7	13.7	11.0	16.4
Hb (mmol/l)		8.6	6.9	10.4	8.5	6.8	10.2
HbA1c (mmol/mol) (1)		42.4	34.0	50.9	84.5	67.6	101.4
HbA1c (%) (2)		6.03	4.83	7.24	9.88	7.91	11.86

Konelab Series /CT Series Técnica para sangre entera	Estandarización	Control Normal			Control Patológico		
		Media	Rango		Media	Rango	
HbA1c (g/dl)	IFCC DCCT/NGSP	0.705	0.564	0.846	1.345	1.076	1.614
HbA1c (mmol/l)		0.438	0.350	0.525	0.835	0.668	1.002
Hb (g/dl)		16.4	13.1	19.7	16.2	13.0	19.4
Hb (mmol/l)		10.2	8.1	12.2	10.1	8.0	12.1
HbA1c (mmol/mol) (1)		43.0	34.4	51.6	83.0	66.4	99.6
HbA1c (%) (2)		6.08	4.87	7.30	9.75	7.80	11.70

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español	Português	English	Polski
normal	normal	normal	Prawidłowa
patológico	patológico	pathological	Patologiczna
fecha	data	date	data
estandarización	padronização	standardization	standaryzacja
control	control	control	próba kontrolna
media	média	mean	średnia wartość
rango	faixa	range	zakres
técnica para sangre entera	técnica para sangue total	whole blood technique	technika dla pełnej krwi
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości